

IDENTIFIKAČNÍ LIST RM

ASTASOL[®] - CH CE002C**Standardní kalibrační roztok pro chromatografii v lahvičkách
s kapilárou CERTAN[®]**

Tento Identifikační list je formulován v souladu s TNI Pokynem ISO 31

PAU MIX-2

Kategorie:**Referenční materiál****Kód výrobku:****CE002C****Analyty:**

Acenaften, certifikovaný

Acenaftylen, certifikovaný

Antracen, certifikovaný

Benzo(a)antracen, certifikovaný

Benzo(b)fluoranten, certifikovaný

Benzo(k)fluoranten, certifikovaný

Benzo(g,h,i)perylene, certifikovaný

Benzo(a)pyren, certifikovaný

Chrysen, certifikovaný

Dibenzo(a,h)antracen, certifikovaný

Fluoranten, certifikovaný

Fluoren, certifikovaný

Indeno(1,2,3-c,d)pyren, certifikovaný

Naftalen, certifikovaný

Fenantren, certifikovaný

Pyren, certifikovaný

Přidělená hodnota koncentrace a její rozšířená nejistota (k = 2):**10,0 ± 0,1 µg/ml (každá složka; při 20 °C)****Matrice (rozpouštědlo):**Cyklohexan (Picograde[®], pro analýzu reziduí, LGC Standards)**Specifikace:****Číslo šarže:** 103**Datum výroby:** 25.9.2020**Datum expirace:** 25.9.2022

Použití:

Jako kalibrant pro stanovení výše uvedených analytů chromatografickými metodami.

Gravimetrická příprava a návaznost:

Jednotlivé složky jsou naváženy na elektronických mikrováhách (Mettler MT 5 se spodní mezí váživosti 0,000001 g a vestavěnou automatickou kalibrací), rozpuštěny v uvedeném rozpouštědle a kvantitativně převedeny do příslušné odměrné baňky (kalibrované odměrné nádoby třídy A). Při vážení se uplatní korekce na uvedenou čistotu certifikované výchozí látky, při doplňování se roztok temperuje na $20 \pm 0,1^\circ\text{C}$. Rozšířená nejistota způsobená vážením, odměřováním objemu a doplňováním nepřesahuje $\pm 0,5\%$. Kontrolu správnosti nominálního složení tohoto kalibračního roztoku lze provést porovnáním koncentrací tohoto roztoku s nezávislým interním standardním roztokem.

Použitý obal:

Lahvička CERTAN® z tmavého skla vložená do plastového kontejneru. CERTAN® je obchodní ochranná známka zaregistrovaná firmou LGC Standards.

Skladování:

Standardní roztok by měl být skladován ve tmě při teplotě 5 - 10°C (v lednici). Alikvótní podíly potřebné pro analýzu by měly být odpipetovány (injekční pipetou typu Hamilton) při 20°C okamžitě po otevření lahvičky CERTAN®; ta by měla být opět pevně uzavřena do 1 – 2 minut.

Výrobce:

ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Oddělení referenčních materiálů
Ke Klíčovu 2a/816
190 00 Praha 9 – Vysočany

www.analytika.net
sales@analytika.net

Tel/Fax: +420 286 589 616

Systémy managementu kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.:

Výrobce má certifikovaný systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

Výrobce splňuje požadavky ČSN EN ISO 17034:2017: Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.

Vedoucí výrobního střediska:

Mgr. Mirka Petránková

Datum vydání 1. verze IL: 25.9.2020

Revize IL:

Datum revize IL:

Verze IL: 01