

# OSVĚDČENÍ O JAKOSTI

**Kategorie:** **Pomocný roztok**

**Kód výrobku:** **IC-CON 6**

**Výchozí primární látka a její čistota (%):**

---

NaHCO<sub>3</sub> 99,99+

**Matrice:**

---

Ultračistá demineralizovaná voda filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 μm (rezistivita ≥ 18 MΩ.cm)

Roztok je filtrovaný přes membránový filtr o velikosti pórů 0,45 μm z důvodu ochrany chromatografických kolon před jejich ucpáním případnými mechanickými nečistotami.

**Přidělená hodnota koncentrace při 20 °C**

**0,5000 ± 0,0025 M**

**Specifikace:**

---

**Číslo šarže:** 0007

**Datum výroby:** 28.06.2021

**Spotřebujte do:** 28.06.2023

**Použití:**

---

Jako pomocný roztok pro iontovou chromatografii.

**Charakterizace:**

---

Tomuto roztoku je přidělena hodnota koncentrace na základě gravimetrické přípravy.

**Skladování a návod k použití:**

---

Tento roztok musí být skladován a uchováván v originálním obalu při teplotách 5 – 30 °C. Výrobce zaručuje uvedenou dobu použitelnosti pouze za předpokladu, že je s materiálem odborně manipulováno.

**Výrobce:**

---

ANALYTIKA<sup>®</sup>, spol. s r.o.  
Oddělení referenčních materiálů  
Ke Klíčovu 2a/816  
190 00 Praha 9 – Vysočany

[www.analytika.net](http://www.analytika.net)  
[sales@analytika.net](mailto:sales@analytika.net)

Tel/Fax: +420 286 589 616

**Systémy managementu kvality:**

---

Výrobce má certifikovaný systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016

Výrobce splňuje požadavky ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.

**Vedoucí výrobního střediska:**

Mgr. Mirka Petránková

Datum vydání 1. verze: 28.06.2021

Revize:

Datum revize:

Verze: 01