

CERTIFIKÁT

Kalibrační tlumivý roztok (pufr) pro měření pH –

pHanal™ CRMpH10062

Tento Certifikát je formulován v souladu s TNI Pokynem ISO 31

Kategorie:

Certifikovaný referenční materiál

Kód výrobku:

CRMpH10062

Popis:

Základní pufr pro velmi přesná měření formulovaný IUPAC a NIST.

Složení:

Uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, germicid (<0,01%), ultračistá demineralizovaná voda, filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm (rezistivita ≥ 18 MΩ.cm).

Certifikovaná hodnota pH a její rozšířená nejistota (k = 2) při 20 °C

10,062 ± 0,020

Specifikace:

Číslo šarže: 0010

Datum výroby: 05.10.2022

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Datum prvního otevření lahvičky:

Datum expirace: (12 měsíců od prvního otevření lahvičky v rámci doby použitelnosti, uveďte také na štítek lahvičky).

Hodnoty pH v závislosti na teplotě dle IUPAC: *)

10 °C	10,179	25 °C	10,012
15 °C	10,118	30 °C	9,966
20 °C	10,062	35 °C	9,925

*) Hodnoty v tabulce lze používat jako indikativní hodnoty při uvedených teplotách.

Použití:

Pro kalibraci stupnice přístrojů měřících pH a validaci analytických metod stanovujících hodnotu pH.

Verze certifikátu / Version of the certificate: 01

1/2

Verze formuláře / Version of the form: 03

Certifikace a návaznost:

Tento CRM je certifikován na základě definovaného gravimetrického způsobu přípravy. Certifikovaná hodnota pH a její nejistota a návaznost na SRM NIST 191d (a tím i mezinárodní stupnici pH IUPAC) je ověřována a realizována pomocí nepřerušného řetězce kalibrací.

Homogenita a stabilita:

Roztok je homogenní a jeho stabilita je garantována po celou dobu jeho použitelnosti, pokud je uchováván za dále uvedených podmínek.

Skladování a návod k použití:

Tento CRM musí být skladován a uchováván v originálním obalu při teplotách 5 – 30 °C. Výrobce zaručuje uvedenou dobu použitelnosti a expirace pouze za předpokladu, že je s materiálem odborně manipulováno. Lahvička s roztokem musí být po každém použití co nejrychleji znovu pevně uzavřena a uzávěr ošetřen parafilmem. Část roztoku použitá k měření (kalibraci) se nesmí vracet zpět do lahvičky s CRM! Je nutné zaznamenat datum, kdy byla lahvička s roztokem poprvé otevřena. Od tohoto data se odvíjí doba expirace.

Výrobce:

ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Oddělení referenčních materiálů
Ke Klíčovu 2a/816
190 00 Praha 9 – Vysočany
www.analytika.net
sales@analytika.net
Tel/Fax: +420 286 589 616

Systémy managementu kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.:

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
ČSN EN ISO 17034:2017

Vedoucí oddělení Výrobce RM:

Ing. Daniela Weissarová

Vedoucí výrobního střediska:

Mgr. Mirka Petránková

Datum vydání 1. verze certifikátu: 05.10.2022 Revize certifikátu:

Datum revize certifikátu: Verze certifikátu: 01